| ***Stała pomiarowa celi*** | ***Zakres pomiarowy*** | ***Zaprogramowany zakres*** | | ***Nr zakresu*** |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0...0,500µS/cm | 0,5 | A) | 1 |
| 0,01 | 0...2,000µS/cm | 2,000 | A) | 2 |
| 0,01 | 0...10,00µS/cm | 10,00 | A) | 3 |
| 0,1 | 0...5,000µS/cm | 5,000 | A) | 4 |
| 0,1 | 0...20,00µS/cm | 20,00 | A) | 5 |
| 0,1 | 0...100,00mS/cm | 100,0 | A) | 6 |
| 0,1 | 0...1,000mS/cm | 1000 | 1,000 | 7 |
| 0,1 | 0...5,000mS/cm | 5000 | 5,000 | 8 |
| 1 | 0...50,00mS/cm | 50,00 | A) | 9 |
| 1 | 0...100,0mS/cm | 100,0 | A) | 10 |
| 1 | 0...1,000mS/cm | 1000 | 1,000 | 11 |
| 1 | 0...5,000mS/cm | 5000 | 5,000 | 12 |
| 1 | 0...20,00mS/cm | A) | 20,00 | 13 |
| 1 | 0...100,0mS/cm | A) | 100,0 | 14 |
| 3 | 0...1,000mS/cm | 1000 | 1,00 | 15 |
| 3 | 0...5,000mS/cm | 5000 | 5,000 | 16 |
| 3 | 0...30,00mS/cm | A) | 30,00 | 17 |
| 10 | 0...30,00mS/cm | A) | 30,00 | 18 |
| 10 | 0...200,0mS/cm | A) | 200,0 | 19 |